

资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

包号:

| 项目内容(资格条件、实质性要求) | 具备的条件说明(要求) | 投标检查项(响应内容说明(是/否)) | 详细内容所对应电子投标文件名称 | 备注 |
|------------------|--|--------------------|-----------------|----|
| 法定基本条件 | 提供营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)符合要求 | | | |
| 法定基本条件 | 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章 | | | |
| 法定基本条件 | 提供信用查询截图。同时,招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。 | | | |
| 法定代表人授权 | 在投标文件由法定代表人授权代表签字(或盖章)的情况下,应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。 | | | |
| 法定代表人授权 | 按招标文件要求提供法人身份证和被授权人身份证 | | | |
| 投标诚信承诺书 | 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》 | | | |
| 联合投标 | 本项目不接受联合投标 | | | |
| 公平竞争和诚实信用 | 招标人和评标委员会审查,未发现本项目存在串通投标、违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会将认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。 | | | |
| 投标报价 | 投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。 | | | |
| 资格条件、实质 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理 | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 性要求 | 办法》财库(2020) 46号第七条， 本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购。 | | | |
| 资格条件、实质性要求 | 投标有效期符合招标文件规定：不少于90天。 | | | |
| 资格条件、实质性要求 | 付款条件满足招标文件要求 | | | |
| 进口产品 | 不允许进口产品 | | | |
| 合同转让与分包 | 本项目合同不得转让、不得分包。 | | | |

包件1（智能艾灸仪）

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 法定基本条件 | 必须按国家规定提供医疗器械经营/生产许可证或备案表【包件1涉及设备清单：全自动艾灸仪】 | | | |
| 法定基本条件 | 必须按国家规定提供设备的医疗器械注册证及登记表或备案表【包件1涉及设备清单：全自动艾灸仪】 | | | |
| ★条款 | 合同签订后，投标人完成供应、安装、调试，达到验收标准的时间≤45天。 | | | |
| ★条款 | 设备保修期≥3年 | | | |
| ★条款 | 艾灸动作传动：设备支持≥6轴传动，各轴运动组合可实现在三维空间中灵活达到不同位置及姿态； | | | |
| ★条款 | 艾灸手法：可实现悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸及循经灸等艾灸手法； | | | |

包件2（中医康复设备）

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 法定基本条件 | 必须按国家规定提供医疗器械经营/生产许可证或备案表【包件2涉及设备清单：中药熏洗机（全身）、脑循环治疗仪、头皮熏蒸治疗仪、神灯治疗仪、电针仪、磁疗、中频治疗仪、红外线治疗仪、空气波压力治疗仪（便携式）、智能罐疗仪、电脑干扰电疼痛治疗仪】 | | | |
| 法定基本条件 | 必须按国家规定提供设备的医疗器械注册证及登记表或备案表【包件2涉及设备清单：中药熏洗机（全身）、脑循环治疗仪、头皮熏蒸治疗仪、神灯治疗仪、电针仪、磁疗、中频治疗仪、红外线治 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | 疗仪、空气波压力治疗仪（便携式）、智能罐疗仪、电脑干扰电疼痛治疗仪】 | | | |
| 核心产品须满三家投标人（品牌） | 本包件中所采购“中药熏洗机（全身）”为核心产品（不包括配套设备、辅料及耗材）；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的；按一家投标人计算。若评委会认定该项目（包件）投标人不足3家；则该项目（包件）作流标处理。 | | | |
| ★条款 | 合同签订后，投标人完成供应、安装、调试，达到验收标准的时间≤45天。 | | | |
| ★条款 | 设备保修期≥3年 | | | |
| ★条款 | 中药熏洗机（全身）：自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧； | | | |
| ★条款 | 脑循环治疗仪：电刺激可调节模式≥四种模式； | | | |
| ★条款 | 头皮熏蒸治疗仪：通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； | | | |
| ★条款 | 头皮熏蒸治疗仪：显示方式：大尺寸液晶显示屏显示； | | | |
| ★条款 | 磁疗：带显示屏； | | | |
| ★条款 | 磁疗：加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃四个档可调，误差为±2℃； | | | |
| ★条款 | 中频治疗仪：载波频率：载波频率2kHz~10kHz，允差±10%； | | | |
| ★条款 | 中频治疗仪：调制波频率：0~150Hz，允差±10%； | | | |
| ★条款 | 中频治疗仪：具有5种以上调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； | | | |
| ★条款 | 压强调节：气囊压强调节范围40~180mmHg,设定调整步长为5mmHg； | | | |
| ★条款 | 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于60dB； | | | |
| ★条款 | 电脑干扰电疼痛治疗仪：干扰模式：普通干扰、三维立体、动态节律、立体动态节律、调制干扰、立体调制、对极调制、立体对极调制、程序，8种以上模 | | | |

| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| | 式可选; | | | |
|--|------|--|--|--|

投标人授权代表签字: _____

投标人 (公章): _____

日期: 年 月 日