

更正说明

各位投标人：

关于自动体外除颤器（AED） 采购（项目编号：310114000250709122111-14257365），采购文件部分内容更正如下：

一、第四章招标需求

- 1、（三）普通技术指标 3.7 更正为：电池待机使用寿命 ≥ 5 年。
- 2、（三）普通技术指标 3.19 更正为：每日自检内容包含设备能正常进行低能量（ $\leq 5J$ ）充放电（需提供能量数值）

二、开标地点、投标截止时间及开标时间

开标地点：上海市嘉定区嘉戡公路 118 号行政服务中心 550 室。投标供应商可于开标日来现场开标，也可通过上海政府采购网开标室远程开标。

投标截止时间及开标时间：2025-08-20 09:30:00。