

第七人民医院全自动免疫化学发光仪（流水线）项目

更正文件

招标编号：310115000240815122257-15165738

一、第二章项目招标需求三、技术质量要求 9.2.1 设备技术参数更正：

原需求：

1.3.6 综合试剂位 ≥ 160 个，试剂采用 RFID 识别技术，可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂；

1.3.12 HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至 WHO 国际单位，无稀释的情况下线性范围可达到 0.03-2500 IU/mL；单次稀释的情况下可检测范围 4,000,000 IU/mL；

1.3.13 样本用量：所有项目样本用量在 10-30ul 范围内。

现更正为：

1.3.6：综合试剂位 ≥ 160 个，试剂采用 RFID 识别技术（或更智能识别技术），可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂；

1.3.12：HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至 WHO 国际单位，无稀释的情况下线性范围可达到 0.05-2500 IU/mL；单次稀释的情况下可检测范围 4,000,000 IU/mL；

1.3.13：样本用量：所有项目样本用量 $\leq 30ul$ 范围内。

二、 投标截止时间及开标时间更正

原时间：

1、投标截止时间：2024年12月5日09:30时（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：2024年12月5日09:30时（电子采购平台显示时间）。

现更正为：

1、投标截止时间：2024年12月13日09:30时（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：2024年12月13日09:30时（电子采购平台显示时间）。

投标地点和开标地点不变。

三、其他不变。

采购人：上海市第七人民医院
集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2024年11月27日