

澄清内容

1. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中删除原需求“2.4 荧光功能：具备”
2. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中删除原需求“3.1 滤光系统：有窄波和荧光专用滤光系统”；
3. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中删除原需求“6.15CCD 成像方式：顺次式成像方式”；
4. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“3.10 有窄带成像功能”改为“特殊光成像功能”；
5. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“5.6 窄带成像功能”改为“特殊光成像功能”；
6. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“6.5 窄带成像功能”改为“特殊光成像功能”；
7. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“7.5 窄带成像功能”改为“特殊光成像功能”；
8. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“5.3 双聚焦功能”改为“多焦点功能”；
9. 需求附件中附件四：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数中“10、主机兼容院内现有的支气管镜”改为“主机支持支气管镜功能”。
10. 招标文件的获取截止时间变更为：2025-08-11 23:59:59
11. 投标截止及开标时间变更为：2025 年 8 月 21 日 10:00