

澄清内容

1. 需求附件中“注：★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。”改为“注：★1. 上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。★2. 尿动力学分析系统最高投标限价：35 万元（人民币）。”
2. 需求附件中尿动力学分析系统技术规格及参数修改版中七、技术规格、参数以及要求：“3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。”改为“3、灌注模式分推注或旋转蠕压两种模式。”
3. 需求附件中尿动力学分析系统技术规格及参数修改版中七、技术规格、参数以及要求：“#6、测压模式：水导+气导，压力测定范围： $-2.45\text{kPa} \sim +19.61\text{kPa} (-25\text{cmH}_2\text{O} \sim +200\text{cmH}_2\text{O})$ ，误差 $\leq 2\%$ 。”改为“#6、测压模式：水导或气导，压力测定范围： $-2.45\text{kPa} \sim +19.61\text{kPa} (-25\text{cmH}_2\text{O} \sim +200\text{cmH}_2\text{O})$ ，误差 $\leq 2\%$ 。”
4. 需求附件中尿动力学分析系统技术规格及参数修改版中七、技术规格、参数以及要求：“#9.3 尿动力分析仪专用金属灌注泵”改为“#9.3 尿动力分析仪专用灌注泵”
5. 招标文件的获取截止时间变更为：2025-09-10 23:59:59
6. 投标截止及开标时间变更为：2025 年 9 月 23 日 10:00