

上海市奉贤区政府采购 2025-069—社区卫生服务中心医疗设备采购项目的《补充招标文件 2》

各投标人：

上海市奉贤区政府采购中心受上海市奉贤区卫生健康委员会委托，对“上海市奉贤区政府采购 2025-069—社区卫生服务中心医疗设备采购”（采购编号：310120000250529113842-20247480，项目预算金额：7400000.00 元）进行公开招标采购，现就本项目《招标文件》的部分内容作如下修改：

一、修改招标文件“第四部分 项目需求”包件 2 和包件 3 的部分技术参数。具体内容如下

1、包件 2：数字 X 射线摄影系统

招标文件 P28 页，第 2.4.8 条技术参数修改为：球管端具有角度指示功能。

2、包件 3：计算机断层扫描设备

(1) 招标文件 P30 页，第 2.1.3 条技术参数修改为：扫描架物理倾角（或数字倾角） $\geq -24^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 。

(2) 招标文件 P31 页，第 2.3.5 条技术参数修改为：探测器物理单元总数 ≥ 24000 个。

二、修改投标截止时间、开标时间

1、修改“投标人须知前附表”中“23、投标截止时间”、“24、开标时间”为 2025 年 7 月 18 日 09:30:00 时。

2、修改“第一部分 投标邀请”中“项目概况中递交投标文件时间”、“提交投标文件截止时间”、“开标时间”为 2025 年 7 月 18 日 09:30:00 时。

以上内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。除

上述修改内容以及 2025 年 6 月 26 日发布的《补充招标文件》外，招标文件的其他内容和要求不变。

感谢各投标人对政府采购工作的理解和支持！

上海市奉贤区卫生健康委员会（盖章）

上海市奉贤区政府采购中心（盖章）

2025 年 7 月 3 日