

上海市奉贤区政府采购 2025-049—奉贤区古华医院彩色多普勒超声诊断仪《补充招标文件》

各供应商：

上海市奉贤区政府采购中心受上海市奉贤区古华医院的委托，对“上海市奉贤区政府采购 2025-049—奉贤区古华医院彩色多普勒超声诊断仪”（采购编号：310120000250421103597-20235086）；进行公开招标，现就本项目《招标文件》部分内容作如下修改：

一、原招标文件内容：

1、《第四部分项目需求》

■3.1.21 二维灰阶血流显像技术，无取样框，无角度依赖，可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像，支持凸阵、线阵等探头

■3.2.1.7 相控阵探头扫描角度 $\geq 120^\circ$

2、《投标人须知前附表》中“23、投标截止时间”、“24、开标时间”为2025年6月16日 09:30:00 时。

3、《第一部分投标邀请》中“项目概况中递交投标文件时间”、“提交投标文件截止时间”、“开标时间”为2025年6月16日 09:30:00 时。

二、现修改招标文件内容：

1、《第四部分项目需求》

■3.1.21 二维灰阶血流显像技术，可观察血流动力学成像，支持凸阵、线阵等探头。

■3.2.1.7 相控阵探头扫描角度 $\geq 90^\circ$

2、《投标人须知前附表》中“23、投标截止时间”、“24、开标时间”为2025年6月23日 09:30:00 时。

3、《第一部分投标邀请》中“项目概况中递交投标文件时间”、“提交投标文件截止时间”、“开标时间”为2025年6月23日 09:30:00 时。

以上内容为招标文件的组成部分，并对各供应商具有约束力。除上述内容澄清、修改外，招标文件的其他内容和要求不变。

请供应商及时确认《补充招标文件》内容，通过传真或电子邮箱回复《回执函》（传真号码：021-37563196，或发送电子邮件至 fxcg2020@163.com）。

感谢各供应商对政府采购工作的理解和支持！



回执函

致：上海市奉贤区政府采购中心

我方已收悉“上海市奉贤区政府采购 2025-049—奉贤区古华医院彩色多普勒超声诊断仪”（采购编号：310120000250421103597-20235086）的《补充招标文件》。

特此函复！

单位名称（填写并盖章）：_____

2025 年 月 日