

更正内容

一、原招标文件 第三章：项目需求 包件 1 全自动化学发光分析仪 一、技术参数及功能要求。

1、★检测项目：1、血清 A-L-岩藻糖苷酶测定，2、抗环瓜氨酸肽抗体（抗 CCP 抗体）测定，3、抗核抗体测定（ANA），4、抗线粒体抗体测定（AMA），5、抗核提取物抗体测定（抗 ENA 抗体），6、抗双链 DNA 测定（抗 dsDNA），7、抗核小体抗体测定（ANUA），8、抗核糖核 蛋白抗体测定，9、抗组蛋白抗体（AHA）测定，10、抗心磷脂抗体测定，11、抗增殖细胞核抗原抗体（抗 PCNA）测定，12、抗角蛋白抗体（AKA）测定，13、抗胰岛素抗体测定（INS-AB），14、血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定，15、抗组织细胞抗体测定（胰岛细胞抗体测定），16、25 双羟维生素 D 测定，17、甲状腺激素测定，18、血清维生素测定（包括维生素 D 以外的各类维生素）B，以上 18 项检测项目支持率 ≥ 17 项。须提供产品技术白皮书或产品技术说明书或产品介绍彩页或检测机构出具的检测报告或注册证中任一项证明材料（证明材料须加盖厂家公章）

更正为：

1、▲检测项目：1、血清 A-L-岩藻糖苷酶测定，2、抗环瓜氨酸肽抗体（抗 CCP 抗体）测定，3、抗核抗体测定（ANA），4、抗线粒体抗体测定（AMA），5、抗核提取物抗体测定（抗 ENA 抗体），6、抗双链 DNA 测定（抗 dsDNA），7、抗核小体抗体测定（ANUA），8、抗核糖核 蛋白抗体测定，9、抗组蛋白抗体（AHA）测定，10、抗心磷脂抗体测定，11、抗增殖细胞核抗原抗体（抗 PCNA）测定，12、抗角蛋白抗体（AKA）测定，13、抗胰岛素抗体测定（INS-AB），14、血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定，15、抗组织细胞抗体测定（胰岛细胞抗体测定），16、25 双羟维生素 D 测定，17、甲状腺激素测定，18、血清维生素 B12 测定。须提供产品技术白皮书或产品技术说明书或产品介绍彩页或检测机构出具的检测报告或注册证中任一项证明材料（证明材料须加盖厂家公章）

二、原招标文件 第五章：评审办法 四、评分细则

（一）包件 1 评分细则

项目内容	评分标准	分值	主/客观分
------	------	----	-------

报价分	以满足招标文件要求（指带★参数）且投标价格最低的报价为评审基准价，其报价分为满分。 其他投标人的报价分=（评审基准价/报价）×30	30分	/
产品参数指标	投标设备应符合国家标准，且整体技术性能、主要参数指标等与招标要求中 技术参数及功能要求 契合；“▲”号为重要技术参数，一项条款不符合扣5分，此部分评分扣完为止；其他条款一项不符合扣2分，此部分评分扣完为止。	25分	客观分
售后服务承诺及保障措施	提供设备的调试和技术培训，根据提供详细的培训方案进行综合评审。优得5分，较好得4分，一般得3分，较差得2分，差得1分，无得0分。 供应商对售后服务的响应时间、到达现场时间以及解决故障时间的响应情况等进行综合评审。优得4分，较好得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。 承诺设备出现重大故障无法在72小时内修复的需立即提供同款备用机供用户使用，有相关承诺得2分，无则得0分。	5分 4分 2分	主观分 主观分 客观分
供货期	供货期承诺满足招标文件要求的，得3分； 供货期不满足招标文件要求的，得0分。	3分	客观分
质保期	承诺质保期延长大于等于6个月，得2分； 承诺质保期延长大于等于12个月，得4分。	4分	客观分
设备过保后维修方案	所投设备过保后维修方案合理性进行综合评审。优得5分，较好得4分，一般得3分，较差得2分，差得1分。	5分	主观分
设备易损件及质保外零配件供应	提供设备易损件及质保外零配件价格表得2分，无则不得分。 所投设备的易损件及零配件供应的多样性、便捷性，零配件在质保期满后更换报价的经济性、合理性进行综合评审。优得4分，较好得3分，一般得2分，差得1分。	2分 4分	客观分 主观分
耗材开放程度及价格	明确耗材开放程度并提供价格明细清单的得3分，无则不得分。 所投设备所需耗材价格的经济性进行综合评审。优得3分，一般得2分，差得1分。	3分 3分	客观分 主观分

耗材扣率	承诺耗材扣率满足项目需求的得 5 分，不满足或无相关承诺的不得分。	5 分	客观分
	如国家收费规定下降，承诺进行议价的得 3 分，无相关承诺的不得分。	3 分	客观分
同类项目业绩	2022 年 1 月 1 日以来同类项目业绩情况，投标单位应附相应的合同扫描件作为印证，每提供一份合同扫描件得 1 分，最高得 2 分。无法提供合同扫描件的，不得分。是否属于有效的项目业绩由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。	2 分	客观分

更正为：

(一) 包件 1 评分细则

项目内容	评分标准	分值	主/客观分
报价分	以满足招标文件要求（指带★参数）且投标价格最低的报价为评审基准价，其报价分为满分。 其他投标人的报价分 = (评审基准价 / 报价) × 30	30分	/
产品参数指标	带“▲”条款。投标设备应符合国家标准，且整体技术性能、主要参数指标等与招标要求中 技术参数及功能要求 契合。“▲”号为重要技术参数，18项检测项目中存在一项不符合扣2分，此部分评分扣完为止。	15分	客观分
	不带“▲”条款。投标设备应符合国家标准，且整体技术性能、主要参数指标等与招标要求中 技术参数及功能要求 契合。11项要求中存在一项不符合扣2分，此部分评分扣完为止。	20分	客观分
售后服务承诺及保障措施	提供设备的调试和技术培训，根据提供详细的培训方案进行综合评审。优得 2 分，差得 1 分，无得 0 分。	2 分	主观分
	供应商对售后服务的响应时间、到达现场时间以及解决故障时间的响应情况等进行综合评审。优得 2 分，差得 1 分，无得 0 分。	2 分	主观分
	承诺设备出现重大故障无法在 72 小时内修复的需立即提供同款备用机供用户使用，有相关承诺得 2 分，无则得 0 分。	2 分	客观分

供货期	供货期承诺满足招标文件要求的，得 3 分； 供货期不满足招标文件要求的，得 0 分。	3 分	客观分
质保期	承诺质保期延长大于等于 6 个月，得 2 分； 承诺质保期延长大于等于 12 个月，得 4 分。	4 分	客观分
设备过保后维修方案	所投设备过保后维修方案合理性进行综合评审。优得 3 分，一般得 2 分，差得 1 分。	3 分	主观分
设备易损件及质保外零配件供应	提供设备易损件及质保外零配件价格表得 2 分，无则不得分。	2 分	客观分
	所投设备的易损件及零配件供应的多样性、便捷性，零配件在质保期满后更换报价的经济性、合理性进行综合评审。优得 2 分，差得 1 分。	2 分	主观分
耗材开放程度及价格	明确耗材开放程度并提供价格明细清单的得 3 分，无则不得分。	3 分	客观分
	所投设备所需耗材价格的经济性进行综合评审。优得 2 分，差得 1 分。	2 分	主观分
耗材扣率	承诺耗材扣率满足项目需求的得 5 分，不满足或无相关承诺的不得分。	5 分	客观分
	如国家收费规定下降，承诺进行议价的得 3 分，无相关承诺的不得分。	3 分	客观分
同类项目业绩	2022 年 1 月 1 日以来同类项目业绩情况，投标单位应附相应的合同扫描件作为印证，每提供一份合同扫描件得 1 分，最高得 2 分。无法提供合同扫描件的，不得分。 是否属于有效的项目业绩由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。	2 分	客观分

包件 3、包件 5 评分细则不变。