

上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目更正公告

招标编号：310101000250127167017-01195715

各投标人：

上海申厚建设咨询事务有限公司受上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）委托，以公开招标方式对上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目（招标编号：310101000250127167017-01195715，项目总金额：3,510,000.00 元）进行采购，现就本项目招标文件的内容进行修改更正：

一、招标文件中“主要技术性能指标”明确相关技术支持资料要求

1、单人生物安全柜

1.2★单人柜体尺寸：工作区宽度 1500mm±20mm，外部宽度 1600mm±20mm。（提供制造商产品资料或官网截图）

2、双人生物安全柜

2.2★双人柜体尺寸：工作区域宽度 1800mm±20mm，柜体外部宽度 1900mm±20mm。（提供制造商产品资料或官网截图）

二、招标文件评标办法与程序中“评分细则”、投标文件格式中“十三、技术响应偏离表”更正

（一）评分细则更正为：

2、产品技术性能评分要求 16 分

（1）技术参数响应情况 评分范围：0-8 分，客观分

投标单位应对第五章中要求的各项技术参数指标逐一进行响应，包括对产品需求的响应程度、技术参数偏离情况，根据投标单位提供的具体技术参数综合评审。

评分标准：

投标设备技术参数全部符合招标文件技术需求要求的，得满分 8 分；

投标设备技术参数低于招标文件要求，每负偏离一项扣 1 分；扣完为止。

注：无技术支持资料的参数，视为技术参数低于招标文件要求。技术支持资料以招标需求要求的为准。

（2）投标产品综合性能 评分范围：3-8 分

根据投标单位所投产品的综合性能、安全性、先进性、稳定性、兼容性等方面的完整阐述等对投标文件进行综合评审。

所提供的产品技术阐述内容完整，且完全满足招标需求要求，对设备描述有详尽说明和材料支撑，对产品质量及技术性能、安全性、兼容性、稳定性等方面的阐述详尽、丰富的，得 7-8 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有不足，但不影响项目实施的，得 5-6 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有明显缺漏的，会影响到质量、安全、进度或项目实施的，得3-4分；

(二) 技术响应偏离表格式更正为：

项目名称：

招标编号：

序号	产品品名	招标文件要求	投标响应	偏离说明(正偏离/负偏离/无偏离)	技术支持资料 所在页页码

注：

- 1. 必须对“第五章：招标项目及要求”中“主要技术性能指标”进行逐条响应, 并且应当体现所投产品的型号规格、准确规格参数。提供技术支持资料所在页页码、并在投标文件对应页面中做出标识，如未按要求提供的，将影响投标文件评判；
- 2. 技术偏离表完全复制、黏贴采购需求文件中技术参数的，将影响投标文件评判。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

三、提交投标文件截止时间延期通知：

提交投标文件截止时间（即开标时间）延期至：2025年8月4日 11:30（北京时间）

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

项目联系人：章老师

电话：13916520020

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心
(上海市黄浦区卫生健康监督所)

地 址：黄浦区斜土路 309 号

联系方式：021-63013388

采购代理机构：上海申厚建设咨询事务有限公司

地 址：徐汇区中山南二路 777 弄 1 号楼 303 室

项目联系人：章老师

电 话：13916520020

时间 2025 年 7 月 18 日