

上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目更正公告

招标编号：310101000250127167024-01195756

各投标人：

上海申厚建设咨询事务所有限公司受上海市徐汇区教育局委托，以公开招标方式对上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目（招标编号：310101000250127167024-01195756，项目总金额：2,400,000.00 元）进行采购，现就本项目招标文件的内容进行修改更正：

一、招标文件中主要技术性能指标部分内容更改

1、原技术参数要求“★生物安全柜尺寸：柜体内部尺寸要求：宽度 $\geq 1800\text{mm}$ ，高度 $\geq 780\text{mm}$ ，深度 $\geq 630\text{mm}$ 外部尺寸：宽度 $\leq 1900\text{mm}$ ，高度 $\leq 1570\text{mm}$ ，深度 $\leq 800\text{mm}$ ”

技术参数更正为更正为：

生物安全柜柜体尺寸：

★柜体宽度尺寸：内部宽度 $\geq 1700\text{mm}$ ，外部宽度 $\leq 1900\text{mm}$ 。

柜体深度尺寸：内部宽度 $\geq 600\text{mm}$ ，外部宽度 $\leq 830\text{mm}$ 。

2、原技术参数要求“★HEPA 过滤模块：包含两个 HEPA 过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。HEPA 过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率不低于 99.995%。0.3 微米颗粒的截留效率不低于 99.999%。（须提供佐证材料，包括显示面板截图，或产品官网链接及截图，或省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告。）”

删除“★”要求，技术参数更正为更正为：

过滤模块：包含两个过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率不低于 99.995%。0.3 微米颗粒的截留效率不低于 99.999%。（需提供佐证材料，包括产品资料，或产品官网链接及截图，或省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告。）

3、原技术参数要求“设备配置手动可调高度支架，可提供 760 毫米至 960 毫米高度的支撑高度，调节步进 ≤ 60 毫米。”

技术参数更正为：

设备配置手动可调高度支架，可提供 760 毫米至 900 毫米高度的支撑高度。

4、原技术参数要求可根据使用单位需要，随时提供样机以备核验。

技术参数更正为：

★可根据使用单位需要，随时提供样机以备核验。样机核验需在招标方支付第一笔货款之前完成。（投标人需提供承诺书，未提供作无效投标处理。）

5、补充技术参数要求：

★投标人需确保设备及配件组件能通过招标人现有通道（货梯），并按照用户要求送达指定地点，若采取其它运输方式则不得破坏建筑结构（含外墙，窗户，楼板）和永久性设施（如电梯井道等），并承诺承担因此产生的所有费用，招标人不再支付。招标人现有货梯最大轿厢尺寸约为宽度 1590mm 深度 1450mm，高度 2600mm，门宽 900*2100mm，投标人应充分评估设备就位的可行性，因设备运输问题而导致合同无法履行的，视为重大违约，招标人有权终止合同并追偿损失，包括但不限于经济追偿，投标人需承担因此而产生的所有后果。（投标人需提供承诺书，未提供作无效投标处理。）

二、提交投标文件截止时间延期通知：

提交投标文件截止时间（即开标时间）延期至：**2025 年 7 月 31 日 11:00（北京时间）**

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

项目联系人：章老师

电话：13916520020

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心
（上海市黄浦区卫生健康监督所）

地 址：黄浦区斜土路 309 号

联系方式：021-63013388

采购代理机构：上海申厚建设咨询事务所有限公司

地 址：徐汇区中山南二路 777 弄 1 号楼 303 室

项目联系人：章老师

电 话：13916520020

时间 2025 年 7 月 14 日