

上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目更正公告（第二次）

招标编号：310101000250127167024-01195756

各投标人：

上海申厚建设咨询事务有限公司受上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）委托，以公开招标方式对上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目（招标编号：310101000250127167024-01195756，项目总金额：2,400,000.00 元）进行采购，现就本项目招标文件的内容进行澄清：

一、招标文件中“主要技术性能指标”明确相关技术支持资料要求

1、★生物安全柜柜体尺寸：柜体宽度尺寸：内部宽度 $\geq 1700\text{mm}$ ，外部宽度 $\leq 1900\text{mm}$ ；柜体深度尺寸：内部宽度 $\geq 600\text{mm}$ ，外部宽度 $\leq 830\text{mm}$ 。（提供制造商产品资料或官网截图）

3、设备配置手动可调高度支架，可提供 760 毫米至 900 毫米高度的支撑高度。（提供制造商产品资料或官网截图）

4、配有彩色触摸屏，图形用户界面实时显示下降风速和流入风速，如果下降风速、进风风速或其他参数未处于运行设置范围，则操作人员有暴露于生物危害材料的风险，则设备会发出清晰的视觉和听觉警报。（提供显示面板截图）

5、触摸屏界面可显示过滤器已使用时间、过滤器剩余使用时间、UV 灯工作时间及总工作时间等。以确保使用人员知道何时需要更换 HEPA 过滤器，紫外线或安排日常服务，确保用户在安全条件下工作。（提供显示面板截图）

9、紫外灯消毒程序可编程，设置时间不小于 23 小时，可实现紫外灯消毒预约功能，用户可设定特定时间自动开启紫外灯，方便用于更灵活安排实验工作。（提供制造商相关证明材料）

18、具备数据记录传输功能，实时监控和记录生物安全柜的运行状态，包括但不限于：下降气流风速，进气气流风速，设备状态，报警信息，照明状态，消毒状态，设备序列号，报警时间灯，存储历史数据 ≥ 90 天。（提供制造商相关证明材料）

注：其他未注明技术支持资料的技术指标，请投标单位根据自行情况提供相关资料。

二、招标文件评标办法与程序中“评分细则”、投标文件格式中“十三、技术响应偏离表”更正

（一）评分细则更正为：

2、产品技术性能评分要求 18 分

（1）技术参数响应情况 评分范围：0-10 分，客观分

投标单位应对第五章中要求的各项技术参数指标逐一进行响应，包括对产品需求的响应程度、技术参数偏离情况，根据投标单位提供的具体技术参数综合评审。

评分标准：

投标设备技术参数全部符合招标文件技术需求要求的，得满分 10 分；

投标设备技术参数低于招标文件要求，每负偏离一项扣 1 分；扣完为止。

注：无技术支持资料的参数，视为技术参数低于招标文件要求。技术支持资料以招标需求要求的为准。

（2）投标产品综合性能 评分范围：3-8 分，客观分

根据投标单位所投产品的综合性能、安全性、先进性、稳定性、兼容性等方面的完整阐述等对投标文件进行综合评审。

所提供的产品技术阐述内容完整，且完全满足招标需求要求，对设备描述有详尽说明和材料支撑，对产品质量及技术性能、安全性、兼容性、稳定性等方面的阐述详尽、丰富的，得 7-8 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有不足，但不影响项目实施的，得 5-6 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有明显缺漏的，会影响到质量、安全、进度或项目实施的，得 3-4 分；

（二）技术响应偏离表格式更正为：

项目名称：

招标编号：

序号	产品品名	招标文件要求	投标响应	偏离说明(正偏离/负偏离/无偏离)	技术支持资料 所在页页码

注：

1. 必须对“第五章：招标项目及要求”中“主要技术性能指标”进行逐条响应,并且应当体现所投产品的型号规格、准确规格参数。提供技术支持资料所在页页码、并在投标文件对应页面中做出标识，如未按要求提供的，将影响投标文件评判；
2. 技术偏离表完全复制、黏贴采购需求文件中技术参数的，将影响投标文件评判。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

三、提交投标文件截止时间延期通知：

提交投标文件截止时间（即开标时间）延期至：**2025 年 8 月 4 日 11:00（北京时间）**

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

项目联系人：章老师

电话：13916520020

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心
（上海市黄浦区卫生健康监督所）

地 址：黄浦区斜土路 309 号

联系方式：021-63013388

采购代理机构：上海申厚建设咨询事务所有限公司

地 址：徐汇区中山南二路 777 弄 1 号楼 303 室

项目联系人：章老师

电 话：13916520020

时间 2025 年 7 月 17 日