

上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目更正公告（第二次）

招标编号：310101000250127167017-01195715

各投标人：

上海申厚建设咨询事务所有限公司受上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）委托，以公开招标方式对上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）生物安全柜采购项目（招标编号：310101000250127167017-01195715，项目总金额：3,510,000.00 元）进行采购，现就本项目招标文件的内容进行修改更正：

一、招标文件中“主要技术性能指标”明确相关技术支持资料要求

1、单人生物安全柜

1.2★单人柜体尺寸：工作区宽度 1500mm±20mm，外部宽度 1600mm±20mm。（提供制造商产品资料或官网截图）

2、双人生物安全柜

2.2★双人柜体尺寸：工作区域宽度 1800mm±20mm，柜体外部宽度 1900mm±20mm。（提供制造商产品资料或官网截图）

二、招标文件评标办法与程序中“评分细则”、投标文件格式中“十三、技术响应偏离表”更正

（一）评分细则更正为：

2、产品技术性能评分要求 16 分

（1）技术参数响应情况 评分范围：0-8 分，客观分

投标单位应对第五章中要求的各项技术参数指标逐一进行响应，包括对产品需求的响应程度、技术参数偏离情况，根据投标单位提供的具体技术参数综合评审。

评分标准：

投标设备技术参数全部符合招标文件技术需求要求的，得满分 8 分；

投标设备技术参数低于招标文件要求，每负偏离一项扣 1 分；扣完为止。

注：无技术支持资料的参数，视为技术参数低于招标文件要求。技术支持资料以招标需求要求的为准。

（2）投标产品综合性能 评分范围：3-8 分，客观分

根据投标单位所投产品的综合性能、安全性、先进性、稳定性、兼容性等方面的完整阐述等对投标文件进行综合评审。

所提供的产品技术阐述内容完整，且完全满足招标需求要求，对设备描述有详尽说明和材料支撑，对产品质量及技术性能、安全性、兼容性、稳定性等方面的阐述详尽、丰富的，得 7-8 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有不足，但不影响项目实施的，得 5-6 分；

所提供的产品技术阐述内容、支撑材料存有明显缺漏的，会影响到质量、安全、进度或项目实施的，得3-4分；

(二) 技术响应偏离表格式更正为：

项目名称：

招标编号：

序号	产品品名	招标文件要求	投标响应	偏离说明(正偏离/负偏离/无偏离)	技术支持资料 所在页页码

注：

1. 必须对“第五章：招标项目及要求”中“主要技术性能指标”进行逐条响应, 并且应当体现所投产品的型号规格、准确规格参数。提供技术支持资料所在页页码、并在投标文件对应页面中做出标识，如未按要求提供的，将影响投标文件评判；
2. 技术偏离表完全复制、黏贴采购需求文件中技术参数的，将影响投标文件评判。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

三、提交投标文件截止时间延期通知：

提交投标文件截止时间（即开标时间）延期至：2025年8月4日 11:30（北京时间）

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

项目联系人：章老师

电话：13916520020

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心
(上海市黄浦区卫生健康监督所)

地 址：黄浦区斜土路 309 号

联系方式：021-63013388

采购代理机构：上海申厚建设咨询事务有限公司

地 址：徐汇区中山南二路 777 弄 1 号楼 303 室

项目联系人：章老师

电 话：13916520020

时间 2025 年 7 月 17 日