

原采购文件中的技术规格书要求

3.2 高纯氮气技术指标要求

2) 规格

序号	项目	规格	备注
1	★高纯氮气	50L	
2	氮气充装压力	20MPa	±5% 压力表 (@ 20℃)
3	★交货标准		GB/T 8979-2008
4	★氮纯度	≥99.9995%	
5	★气体分析报告	1	提供有资质第三方检查报告

3.3 高纯氩气技术指标要求

2) 规格

序号	项目	规格	备注
1	★高纯氩气	50L	
2	氩气充装压力	20MPa	±5% 压力表 (@ 20℃)
3	★交货标准		GB/T 4842-2017
4	★氩纯度	≥99.999%	
5	★气体分析报告	1	提供有资质第三方检查报告

修改为:

3.2 高纯氮气技术指标要求

2) 规格

序号	项目	规格	备注
1	★高纯氮气	50L	
2	氮气充装压力	20MPa	±5% 压力表 (@ 20℃)
3	★氮纯度	≥99.9995%	
4	★气体分析报告	1	提供有资质第三方检查报告

3.3 高纯氩气技术指标要求

2) 规格

序号	项目	规格	备注
1	★高纯氩气	50L	
2	氩气充装压力	20MPa	±5% 压力表 (@ 20℃)

3	★氩纯度	≥99.9995%	
4	★气体分析报告	1	提供有资质第三方检查报告

本项目交货期是合同签订后 18 个月内分批，按照采购人的需求供货。

投标截止时间延长至 2025 年 9 月 3 日 9:30（北京时间）；

投标保证金截止时间延长至 2025 年 9 月 3 日 9:30（北京时间）；

开标时间更正为 2025 年 9 月 3 日 9:30（北京时间）。