

上海交通大学医学院科研集群-CO2 细胞培养箱国内公开招标 采购

更正通知

上海东松医疗科技股份有限公司受上海交通大学医学院委托，就科研集群-CO2 细胞培养箱进行国内公开招标采购（项目编号：310000000240703112499-00131340；招标代理机构内部编号：0811-DSITC242225）。

现就本采购项目作如下更正：

1、提交投标文件截止时间、投标保证金递交截止时间及开标时间延期至 2024-11-6 16:00:00。

2、对“第四章 招标需求”进行更正，更正内容如下：

条款号	原招标文件要求	更正后的招标文件要求
★16	过滤器：空气过滤系统，在关门 5 分钟内使腔体达到 100 级洁净指标，每隔 1 分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（提供具有 CMA 标识的检测报告及相关证明材料）	★16、过滤器：空气过滤系统，在关门 5 分钟内使腔体达到 100 级（或 ISO 5 级）洁净指标，每隔 1 分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（提供具有 CMA 标识的检测报告或相关证明材料）

其他内容不变，特此说明。

上海东松医疗科技股份有限公司
招标专用章 2024年10月21日

回 执

我司确认收到关于科研集群-C02 细胞培养箱采购（项目编号：310000000240703112499-00131340；招标代理机构内部编号：0811-DSITC242225）的更正通知，并已知悉通知中所述内容。

投标人公司盖章：

授权代表签字：

说明：投标人须按回执要求进行**签字并盖公章**，[扫描回复至 xiongzijie@dongsong-cn.com](mailto:xiongzijie@dongsong-cn.com)。