

全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统
国际招标采购项目

招标文件

(第二册)

招标编号：0811-244DSITC0229

招标人：上海市闵行区中心医院

复旦大学附属肿瘤医院

上海交通大学医学院附属瑞金医院

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

复旦大学附属金山医院

招标代理机构：上海东松医疗科技股份有限公司

招标专用章

2024年3月19日

目录

第五章 投标邀请	2
第六章 投标资料表	4
第七章 合同专用条款	15
第八章 货物需求一览表及技术规格	22
附件1：无重大违法记录承诺书（格式）	38
附件2：无行贿犯罪记录声明函（格式）	39
附件3：关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的承诺书（格式）	40
附件4：质保期外备件和专用工具报价表（格式）	41
附件5：投标人关联关系情况声明函（格式）	42

第五章 投标邀请

日期：2024年3月19日

招标编号：0811-244DSITC0229

上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“招标机构”）受上海市闵行区中心医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、复旦大学附属金山医院（以下简称“招标人”）的委托，现以国际公开招标方式邀请合格的投标人就下列所提供的货物和相关服务提交密封投标。

1、本项目所需资金的来源均已落实。

2、招标内容

（1）设备名称及数量：

全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统/伍套

（项目预算：人民币4987万元，可以采购进口产品）

（2）技术要求：见本招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”

3、有兴趣的合格潜在投标人请于2024年3月19日起至2024年3月26日止（休息日和节假日除外）每天上午9:00~11:30和下午13:00~16:30（北京时间）选择下列方式

（1）**微信购买招标文件**，售后不退；每套招标文件1500元人民币或210美元。

（1）**微信购买招标文件：**

关注微信公众号“东松投标”，完成信息注册，即可购买招标文件。

（2）**现场购买招标文件：**

携带下列资料的复印件并加盖公章，至上海市宁波路1号10楼1002室购买招标文件。

1) 营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）复印件；

2) 投标人为法人的，提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件））；

3) 被授权代表身份证；

4) 其他投标人认为需要提供的资料。

（3）**邮购招标文件：**

将所需材料（同现场购买）扫描发送至（zhaobiao@dongsong-cn.com），并将材料寄至上海市宁波路1号10楼1002室，国内邮费每套另加100元人民币，国外邮费每套另加50

美元。

- 4、所有投标文件必须附有项目预算2%的投标保证金，并于2024年4月10日北京时间10：00之前递交至中国上海市宁波路1号中华金融大厦10楼9号会议室。
- 5、定于2024年4月10日北京时间10：00在中国上海市宁波路1号中华金融大厦10楼9号会议室举行公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海东松医疗科技股份有限公司

招标机构地址：中国上海市宁波路1号中华金融大厦11楼

邮编：200002

电话：0086-21-63230480转8607、8619

传真：0086-21-63299235

联系人：史倩倩、熊子杰

邮箱：shiqianqian@dongsong-cn.com

户名：上海东松医疗科技股份有限公司

开户银行（人民币）：浦发银行黄浦支行

账号（人民币）：0763634292323474

第六章 投标资料表

下表有关货物采购的资料是对《第一章 投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾应以本投标资料表为准。

条款号	内 容
说明	
1.1	招标人名称： 上海市闵行区中心医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、复旦大学附属金山医院
1.2	招标机构名称： 上海东松医疗科技股份有限公司 招标机构地址： 中国上海市宁波路1号中华金融大厦11楼 联系人： 史倩倩、熊子杰 电话： 0086-21-63230480 转 8607、8619 传真： 0086-21-63299235 邮箱： shiqianqian@dongsong-cn.com
1.3	项目名称： 全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统采购项目 招标编号： 0811-244DSITC0229
1.3	资金性质： 财政资金
2.1	投标人未在规定的招标文件发售时间内从招标机构处领购招标文件的不得参加投标。
2.8	投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址： http://www.chinabidding.com ）成功注册或年检。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。
6.1	潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在在领购招标文件（或收到招标文件修改内容）后3日内以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构将对上述时间内收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。


7	<p>已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传中国国际招标网，逾期递交的概不接受。</p>
<p>投标文件的编制和递交</p>	
8.1	<p>投标语言：中文</p>
★9	<p>投标人应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制投标文件目录：</p> <p>1. 投标书</p> <p>投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书。</p> <p>2. 开标一览表</p> <p>（1）开标一览表应填写项目总价。</p> <p>（2）关境内供货的投标，投标报价应为含税价，“价格条件”栏应以“DDP 项目现场”表示。</p> <p>（3）关境外供货的投标，“价格条件”栏应按本章 11.6.2 条要求填写（例如：“CIP 上海”或“CIP 项目现场”）。除 DDP 以外任何价格条件的投标报价均视为不含税价格。</p> <p>备注：关境内供货的投标是指投标产品为关境内制造的货物或由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的货物；关境外供货的投标是指投标产品为由招标人或其委托的外贸公司完成进口报关手续的货物；</p> <p>（4）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的投标总价应与投标分项报价表中总价完全一致，否则将可能否决其投标。</p> <p>（5）开标一览表除了装订在投标文件中之外，还应制作一份正本，并和投标保证金一起单独封装在小信封中，密封后与投标文件一并递交。</p> <p>3. 投标分项报价表</p> <p>（1）关境内供货需填写投标分项报价表（关境内供货的投标），见招标文件第一册格式 IV-3-1。</p> <p>（2）关境外供货需填写投标分项报价表（关境外供货的投标），见招标文件第一册格式 IV-3-2。</p> <p>（3）投标人需按照招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》的要求提</p>

	<p>供分项报价，且投标分项报价表中任意一项报价均不得为“0”。</p> <p>4. 货物说明一览表</p> <p>5. 响应/偏离表</p> <p>投标人应按招标文件要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。</p> <p>6. 投标人资格证明文件</p> <p>（1）资格证明文件见招标文件第一册格式 IV-9-1 至 IV-9-5；</p> <p>（2）投标人其他资质证明文件具体内容见本章 13.3 条规定。</p> <p>7. 设备系统配置的详细清单（包括软硬件及伴随服务）；</p> <p>8. 提供质保期外备件和专用工具清单及价格（如有）；</p> <p>9. 投标设备制造商提供的该产品最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）及制造商公开发布的彩色印刷产品样本等技术资料；</p> <p>10. 投标设备相关的技术服务、安装调试及保修服务的售后服务承诺书。</p> <p>11. 投标人关联关系情况声明函；</p> <p>12. 其他资料（投标人认为有必要提交的其他资料）</p>
10.2	<p>投标人应严格按照招标文件规定的格式和内容编制投标文件，要求对本招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中（见招标文件第一册格式 IV-5）。</p>
★11.2	<p>本次招标允许的缺漏项范围或比重为投标总价的 15%。投标报价中如有缺漏项，以其它有效投标中该项目的最高价为计算依据，并按下述规定处理：</p> <p>1) 投标人投标报价缺漏项达到或超过投标总价的 15%，其投标将被否决。</p> <p>2) 投标人投标报价缺漏项未达到或超过投标总价的 15%，且投标人确认缺漏项已包含在投标总价中，评标时将其他有效投标中该项目的最高价计入其评标总价；若投标人确认缺漏项不包含在投标总价中，其投标将被否决。</p>
11.3	<p>投标人应根据《第八章 货物需求一览表及技术规格》中所列设备及要求报价，投标总价中不得包含超出招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。</p>
★11.4	<p>本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。</p>
★11.5	<p>1. 本项目设最高投标限价为人民币4434万元，其中上海市闵行区中心医院最高投标限价人民币870万元；复旦大学附属肿瘤医院最高投标限价人民币500万元；上海交通大学医学院附属瑞金医院最高投标限价人民币1100万元；上</p>

	<p>海中医药大学附属岳阳中西医结合医院最高投标限价人民币1007万元；复旦大学附属金山医院最高投标限价人民币957万元。本投标限价不含关税、增值税，但包含进口环节中发生的一切费用。</p> <p>2. 评标时，若投标产品以外币报价，投标报价将按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，评标时以此判定是否超过投标限价。高于最高投标限价的，其投标将被否决。</p> <p>3. 合同结算时，因汇率波动或属于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税且加征关税在实际进口时未被核准市场化采购排除造成合同实际结算时超出本项目的人民币限价时，招标人不承担超出投标限价的部分，该部分费用由中标人承担。</p>
11.6.1	<p>从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价包括：</p> <p>1) 关境内制造的货物</p> <p>(1) 出厂价（应包括增值税和其它税费）；</p> <p>(2) 运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用；</p> <p>(3) 各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；</p> <p>(4) 按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。</p> <p>2) 由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的货物</p> <p>(1) 仓库交货价（应包括增值税、关税和其他税费）；</p> <p>(2) 运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用；</p> <p>(3) 各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；</p> <p>(4) 按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。</p>
11.6.2	<p>从中华人民共和国关境外提供的货物，其投标报价包括：</p> <p>(1) CIP项目现场（即卖方运费保险费付至项目现场）；</p> <p>(2) 各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；</p> <p>(3) 按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。</p>
★12.1	<p>从中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。若以美元或其他货币报价，则视作该价格已包含关税、增值税等进口环节税和其他相关税费，在价格评议和签订合同时均按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换。</p>

★12.2	从中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元或跨境贸易人民币。
★13.1	本项目不接受联合体投标。
★13.3	<p>投标人资格标准：</p> <p>1) 投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织；</p> <p>2) 投标人为投标货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标人为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致；</p> <p>3) 投标货物应具备开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；</p> <p>4) 投标人为专业生产本次所需设备的制造商，或经有效授权的代理商；</p> <p>5) 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6) 投标人自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录；</p> <p>7) 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>
★13.3	<p>投标人必须提交的资格证明文件应包括：</p> <p>1) 投标人在注册地的相关注册法律文件。若投标人在中华人民共和国境内注册的，则必须提供开标之日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件；</p> <p>2) 投标人为投标货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标人为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（中华人民共和国境内注册的投标人适用）；</p> <p>3) 投标人应提供投标货物开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华</p>

	<p>人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致；</p> <p>4) 若投标人是本次所需主系统设备的代理商的，应获得制造商或经制造商授权的代理商出具的唯一授权书（第三方产品除外）；</p> <p>5) 无重大违法记录承诺书；（格式见附件1）</p> <p>6) 无行贿犯罪记录声明函；（格式见附件2）</p> <p>7) 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件；</p> <p>8) 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；（见招标文件第一册格式IV-9）；</p> <p>9) 投标人认为需加以说明的其他内容。</p> <p>投标人提交的资格证明文件需加盖投标人的公章，否则其投标将被否决对于上述要求中未涵盖，但属投标设备必须符合的强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗等有关规定的，必须提供相关资格证明文件，否则其投标将被否决。</p>
14.3	<p>证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：</p> <p>1) 货物主要技术指标和性能的详细说明；</p> <p>2) 投标人必须提供投标货物验收合格后开始使用至第 10 年的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；</p> <p>3) 投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。</p> <p>4) 投标人必须对加注“★”号的重要技术条款或技术参数提供技术支持资料（例如 DATA SHEET、样本、产品说明书等制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或权威认证机构出具的认证证书等具有法律效力的文件），未提供的，评标时不予认可。</p> <p>5) 投标人的应标参数与制造商公开发布的印刷资料不一致时，以制造商公开</p>

	发布的印刷资料为准。若制造商公开发布的印刷资料与第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书不一致时，以第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书为准。
★15.1	投标保证金金额：项目预算的 2%。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
★15.3	投标保证金形式： 1) 由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函或不可撤销的信用证； 2) 投标保证金可以以下列方式提交：支票、银行即期汇票、银行本票、电汇、转账、贷记凭证， 不接受现金。（建议转账） 3) 投标人通过银行转账方式支付本项目保证金：需在银行转账水单中明确项目编号及对应包件号（如有）。投标人不得将多个招标项目合并进行投标保证金转账，需按照每个招标项目分别转账。 4) 投标人通过支票、银行即期汇票、银行本票、电汇、转账、贷记凭证支付投标保证金的，须在投标截止时间之前到账。
15.7	中标人的投标保证金，在中标人按《第一章 投标人须知》第 34 条规定签订合同，按《第一章 投标人须知》第 35 条规定交纳了履约保证金，并按《第六章 投标资料表》第 36 条规定交纳了招标服务费后予以退还。
★16.1	投标有效期：不少于 90 天
17.1	正本的份数：1 份 副本的份数：15 份 电子版的份数：1 份（包含：1. 全套投标文件正本（加盖公章）：PDF 格式； 2. 全套投标文件电子版：可编辑的 WORD 格式；3. 技术偏离表：excel 版本） 电子版文件格式如下： 
★17.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标

	文件中（见招标文件第一册格式 IV-8）。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则其投标将被否决。投标文件的副本应为正本的复印件。
18.2 1)	投标文件递交至以下地址： 招标机构名称：上海东松医疗科技股份有限公司 地址：中国上海市宁波路 1 号中华金融大厦 10 楼 13 号会议室 邮编：200002
18.2 2)	投标邀请的标题和编号：项目名称：全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统，招标编号：0811-244DSITC0229
19.1	投标截止时间：2024 年 4 月 10 日北京时间 10：00。
开标与评标	
22.1	开标日期和时间：2024 年 4 月 10 日北京时间 10：00。 开标地点：中国上海市宁波路 1 号中华金融大厦 10 楼 13 号会议室
23.1	评标方法：本项目采用最低评标价法。
★24.5.1	在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1) 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2) 投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3) 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4) 投标文件未按招标文件的要求签署的； 5) 投标联合体没有提交共同投标协议的； 6) 投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7) 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8) 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； 9) 投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务条款要求的； 10) 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 11) 投标有效期不足的；

	<p>12) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；</p> <p>13) 投标人未提供投标产品中国国家强制性产品认证证书（CCC 证书）（涉及产品类别按《中国强制性产品认证目录》的相关规定）的复印件；</p> <p>14) 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>15) 迟于规定交货计划交货的；</p> <p>16) 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。</p>
★24.5.2	<p>技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：</p> <p>1) 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；</p> <p>2) 投标人的投标文件中未加注“★”号的一般参数的偏离超过 5 项（包括 5 项），其投标将被否决；</p> <p>3) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；</p> <p>4) 投标人复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件中一部分的；</p> <p>5) 存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。</p>
25.1	<p>评标货币：美元。</p>
26.2	<p>计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。计算关境内产品偏离加价时，扣除投标报价中包含的相关税费。评标总价的计算方法如下：</p> <p>1) 关境外产品：CIP 价+进口环节税+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。</p> <p>2) 关境内产品：出厂价(含增值税)+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。</p> <p>3) 由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。</p> <p>4) 招标文件技术规格中未加注“★”号的为一般条款（参数），其中加注“#”</p>

	号的高于标准的，不考虑降低评标价，低于标准的，评标价将增加该设备投标价格的百分之壹（1%）（特别注明的除外）；未加注“#”号的高于标准的，不考虑降低评标价，低于标准的，评标价将增加该设备投标价格的百分之零点五（0.5%）（特别注明的除外）；若投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。
26.3	评标价量化因素：投标人须知第 26.3 条款中的第 1)，2)，3)，4)，5) 款。
26.4.1	项目现场：招标人指定地点 投标人应提供货物包装数量及每件包装箱的尺寸和运输重量，并单独列出运至项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。
26.4.2	对早于合同交货期交货的投标人不考虑降低评标价。
★26.4.3	所选方案：2) 投标人提出的付款计划应与第七章“合同专用条款”中规定的付款计划相一致。不接受以上付款计划的，其投标将被否决。凡是未声明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。
26.4.4	所选方案：1) 投标人应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的零部件和备品备件，其费用需提供分项报价，并计入投标总价；
26.4.5	中国关境内的备件供应和售后服务设施：详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第 26.2 4) 条款的规定执行。
26.5	评标委员会应按投标人最终评标价格由低到高的顺序确定 1 个中标候选人，评标价格最低者为排名第一的中标候选人。
28.2	投标人对评标结果有异议的，应当于评标结果公示期内向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传中国国际招标网。
授予合同	
31	中标人的确定：本项目由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

36	<p>招标服务费：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 本项目的招标服务费由中标人支付； 2) 招标服务费支付标准为中标通知书中确定的中标总金额的百分之壹点伍（1.5%）； 3) 中标人在接受中标通知书的同时需向招标机构一次性付清； 4) 招标服务费币种与中标志订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换）； 5) 如果中标人不按上述规定交纳招标服务费，其投标保证金将不予退还。
★增 1	<p>关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的规定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 投标产品为原产于特定国家（地区）的特定商品被中国政府实施加征关税等措施的，加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费由中标人承担。 2) 投标人需在投标时出具承担加征关税以及由此增加的增值税等额外税费的承诺（格式见附件 3）。 3) 额外税费可以由中标人另行支付给招标人，或者在支付合同验收尾款时直接予以扣减。中标人若以外币支付税费，按海关《专用缴款书》上载明的汇率进行换算。
★增 2	<p>招标代理机构将在评标会召开日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，查询时间不早于本项目公告发布之日。招标代理机构将查询结果截图后留存在评标报告内，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。</p>

第七章 合同专用条款

下述合同专用条款是对《第二章 合同通用条款》的补充。如果合同专用条款与《第二章 合同通用条款》有矛盾的话，应以本专用条款为准。

条款号	内容
1.1 7)	<p>买方名称：上海市闵行区中心医院 买方地址：上海市闵行区莘松路 170 号 邮编：201199 电话：021-64923400*4410 传真：/ 联系人：陈诚军</p> <p>买方名称：复旦大学附属肿瘤医院 买方地址：上海市东安路 270 号 邮编：200032 电话：021-64175590 传真：/ 联系人：徐良</p> <p>买方名称：上海交通大学医学院附属瑞金医院 买方地址：上海市瑞金二路 197 号 邮编：200025 电话：021-64370045 传真：/ 联系人：张应、陈颖</p> <p>买方名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 买方地址：上海市甘河路 110 号 邮编：200437 电话：021-65161782</p>

	<p>传真： /</p> <p>联系人：陈豪</p> <p>买方名称：复旦大学附属金山医院</p> <p>买方地址：上海市金山区龙航路 1508 号</p> <p>邮编：201508</p> <p>电话： 021-34189990</p> <p>传真： /</p> <p>联系人：周卫萍</p>
1.1 8)	<p>卖方名称：</p> <p>卖方地址：</p>
1.1 10)	<p>项目现场：</p> <p>上海市闵行区中心医院</p> <p>复旦大学附属肿瘤医院</p> <p>上海交通大学医学院附属瑞金医院</p> <p>上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院</p> <p>复旦大学附属金山医院</p>
★7.1	<p>履约保证金：不适用。</p> <p>履约保证金币种：合同币种或买方可以接受的其他货币。</p>
16.1	<p>应提供的伴随服务：1)，2)，3)，4)，5) 适用。</p>
17.2	<p>卖方应按产品出厂标准供应货物质保期内运行所需的易损件和备品备件、随机易损件、专用工具和附件、安装必须的特殊专用工具。若对备件有具体要求，详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》的相关条款。</p>
18.2	<p>免费质保期为合同货物验收合格后的主机、光源原厂保修≥36 个月（易耗品除外），内镜原厂保修≥12 个月。其他相关要求详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》的相关条款。</p>
18.4	<p>免费维修与更换缺陷部件的期限：卖方收到买方通知后应在 2 小时内响应，</p>

	<p>24 小时内到达现场，如无法在上述时间内解决问题的，须提供相同型号的备用机或提出明确的解决方案。卖方有责任对合同货物在必要时进行定期维修及修理。质保期内合同货物的维修、零配件的更换以及由此所发生的一切费用均由卖方承担，卖方提供终身服务，并保证零配件的供应不少于 10 年，同时卖方应遵守《第八章 货物需求一览表及技术规格》中有关对售后服务条款的要求。</p>
<p>20.1.1</p>	<p>(一)从中华人民共和国关境外提供的货物，如果货物原产地非特定国家(地区)，买方将按如下方式付款给卖方：</p> <p>20.1.1.1 (a) 在合同规定的装运期前 90 天，买方将通过买方银行开出以卖方为受益人的不可撤销即期信用证(样式见第四章)，信用证金额等于货物合同金额的 90%，信用证有效期至合同规定最后一次交货后的第 21 天为止。每批发货金额的 90%在收到下列单据并审核无误后支付。</p> <p>(i) 对于“到岸价 (CIF)”或“运费、保险付至……价 (CIP)”合同，标有“运费已付”的全套已装运清洁提单(空白抬头、空白背书)或空运单(注明收货人为买方)，并注明在目的港通知买方。</p> <p>(ii) 3 份商业发票。</p> <p>(iii) 3 份详细装箱单。</p> <p>(iv) 3 份制造商或受益人出具的质量和数量证书。</p> <p>(v) 2 份发货金额 90%的以买方为付款人并交买方银行的即期汇票。</p> <p>(vi) 1 份根据专用合同条款第 12 款签发的装运通知的副本。</p> <p>(vii) 以买方为受益人，以发票金额百分之一百十 (110%) 投保的保险单正本 1 份，副本 2 份。</p> <p>(viii) 3 份由卖方出具的原产地证书。</p> <p>(b) 货物合同金额的 10%将在所有合同货物验收后，在收到下列单据并审核无误后 30 个工作日内 T/T 支付。</p>

	<p>(i) 3 份商业发票。</p> <p>(ii) 1 份由买卖双方签署的合同货物验收报告。</p> <p>20.1.1.2 在中华人民共和国境内发生的银行费用由买方承担，在中华人民共和国境外发生的银行费用由卖方承担。如果在议付中发生利息，将由卖方承担。</p> <p>20.1.1.3 在每次装运后 48 小时内，除上述第 20.1.1.1(a)(vi)、(b) 款规定的单据，卖方通过电邮或传真方式将上述壹套副本单据书面通知买方。卖方还将上述壹套副本单据随装运工具在目的港交给买方。如果由于卖方责任，卖方没有书面通知上述单据或随装运工具在目的港交给买方，卖方将承担延期清关和没有及时提货所引起的所有费用。</p> <p>20.1.1.4 从中华人民共和国关境内提供的货物，买方将按 20.1.2 款的规定付款。</p> <p>(二) 从中华人民共和国关境外提供的货物，如果货物原产于特定国家(地区)且被中华人民共和国国务院关税税则委员会列入实施加征关税的范围(涉及的商品以国务院关税税则委员会相关公告为准)，则买方按如下方式付款给卖方：</p> <p>20.1.1.1 (a) 在合同规定的装运期前 90 天，买方将通过买方银行开出以卖方为受益人的不可撤销即期信用证(样式见第四章)，信用证金额等于货物合同金额的 60%，信用证有效期至合同规定最后一次交货后的第 21 天为止。每批发货金额的 60% 在收到下列单据并审核无误后支付。</p> <p>(i) 对于“到岸价(CIF)”或“运费、保险付至……价(CIP)”合同，标有“运费已付”的全套已装运清洁提单(空白抬头、空白背书)或空运单(注明收货人为买方)，并注明在目的港通知买方。</p> <p>(ii) 3 份商业发票。</p> <p>(iii) 3 份详细装箱单。</p> <p>(iv) 3 份制造商或受益人出具的质量和数量证书。</p>
--	--

	<p>(v) 2份发货金额60%的以买方为付款人并交买方银行的即期汇票。</p> <p>(vi) 1份根据专用合同条款第12款签发的装运通知的副本。</p> <p>(vii) 以买方为受益人，以发票金额百分之一百十（110%）投保的保险单正本1份，副本2份。</p> <p>(viii) 3份由卖方出具的原产地证书。</p> <p>(b) 货物合同金额的30%将在合同货物送到买方后，在收到下列单据并审核无误后30个工作日内T/T支付。如货物进口时被实施加征关税，则加征的关税及由此增加的增值税等额外税费由卖方承担。如卖方未按约定另行支付给买方，买方有权在支付30%货款时直接予以扣减。</p> <p>(i) 3份商业发票。</p> <p>(ii) 1份由买方签署的货物收货证明。</p> <p>(iii) 如货物进口时被实施加征关税，卖方支付加征的关税及由此增加的增值税等额外税费的银行付款凭证。</p> <p>(c) 货物合同金额的10%将在所有合同货物验收后，在收到下列单据并审核无误后30个工作日内T/T支付。</p> <p>(i) 3份商业发票。</p> <p>(ii) 1份由买卖双方签署的合同货物验收报告。</p> <p>20.1.1.2 在中华人民共和国境内发生的银行费用由买方承担，在中华人民共和国境外发生的银行费用由卖方承担。如果在议付中发生利息，将由卖方承担。</p> <p>20.1.1.3 在每次装船后48小时内，除上述第20.1.1.1(a)(vi)、(b)款规定的单据，卖方通过电邮或传真方式将上述壹套副本单据书面通知买方。卖方还将上述壹套副本单据随装运工具在目的港交给买方。如果由于卖方责任，卖方没有书面通知上述单据或随装运工具在目的港交给买方，卖方将承担延期清关和没有及时提货所引起的所有费用。</p>
--	--

	<p>20.1.1.4 从中华人民共和国关境内提供的货物，买方将按 20.1.2 款的规定付款。</p>
20.1.2	<p>(一) 从中华人民共和国关境内提供的货物，买方将按如下方式付款给卖方：</p> <p>20.1.2.1 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%。</p> <p>20.1.2.2 买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的增值税发票，买方据此付款。</p> <p>(二) 从中华人民共和国关境外提供的货物，其第三方产品如在中华人民共和国关境内供货，买方将按如下方式付款给卖方：</p> <p>20.1.2.1 货到买方后30个工作日内买方支付货款的90%。</p> <p>20.1.2.2 货物验收合格后30个工作日内买方支付货款的10%。</p> <p>20.1.2.3 买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的增值税发票，买方据此付款。</p>
★28.1 2)	<p>(1) 卖方在货物交付时应保证投标设备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证的有效性，若卖方无法提供有效的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额 10%的补偿金。</p> <p>(2) 卖方应保证所交付的货物为全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额 10%的补偿金。</p>
★28.1 3)	<p>根据“关于本市贯彻卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的实施意见（沪卫监察〔2007〕1号）”第八条的规定：本市医疗卫生机构在与药械生产、经营企业或代理人签署药械等采购（招标采购）合同时，应在合同中列明有关企业承诺不从事商业贿赂行为的条款及一旦被列入商业贿赂不良记录后购销合同将解除并承担违约责任的条款。买方在查明卖方有商业贿赂的情况下，买方有权解除合同，卖方应该将全额货款偿还给买方并承担因合同解除而造成对买方的一切直接损失与费用，并且卖方还应该向买方支付合同金额 20%的补偿金。</p>
32.2	<p>仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）上海分会按其仲裁规则和程序在上海进行。仲裁的官方语言应为中文。</p>
35.1	<p>本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第7)款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第8)款所</p>

	示的地址。
36.2	互惠协议的标题是“中华人民共和国和_____政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。
37.4	本项目由买方委托的外贸公司负责办理进口相关手续。

注：卖方的名称和地址应在签合同同时填入。

第八章 货物需求一览表及技术规格

技术规格及要求

一、设备名称及数量：全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统/伍套

二、交货日期：

1、中华人民共和国关境外交付的货物：信用证开立后 60 天内

2、中华人民共和国关境内交付的货物：合同签订后 60 天内

3、若因招标人原因（包括但不限于机房不具备装机条件、免税办理时效等情况），造成在前述交货期内不具备收货条件，从而导致交货延迟的，则交货期应顺延至收货条件完备后，但不得晚于招标人出具的书面交货通知后 30 天内。

三、交货地点：招标人指定地点

四、★分项（单价/总价）报价（按设备分）

序号	设备名称	厂商品牌	规格型号	数量	价格
1	全数字激光精准高清内窥镜治疗系统（上海市闵行区中心医院）			1 套	
2	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统（复旦大学附属肿瘤医院）			1 套	
3	消化道内窥镜诊疗系统（上海交通大学医学院附属瑞金医院）			1 套	
4	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统（上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院）			1 套	
5	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统（复旦大学附属金山医院）			1 套	
合计：					

五、分项（单价/总价）报价（按医院分）：

序号	设备名称	厂商品牌	规格型号	数量	价格
(一)、上海市闵行区中心医院					
1	标准配置			1 套	
2	电子上消化道内窥镜（激光）			1 根	
3	电子上消化道内窥镜（激光治疗）			1 根	
4	电子上消化道内窥镜（激光经鼻）			1 根	

5	电子下消化道内窥镜 (激光)			1 根	
小计:					
(二)、复旦大学附属肿瘤医院					
1	标准配置			1 套	
2	水汽按钮			8 个	
3	吸引按钮			8 个	
4	水瓶			2 个	
小计:					
(三)、上海交通大学医学院附属瑞金医院					
1	标准配置			1 套	
2	电子小肠内窥镜			1 根	
3	电子上消化道内窥镜			1 根	
4	电子上消化道内窥镜 (大钳道)			1 根	
5	电子上消化道内窥镜 (经鼻)			1 根	
6	电子下消化道内窥镜 (加长)			1 根	
7	超声处理器			1 台	
8	超声电子上消化道内窥镜			1 根	
9	超声电子上消化道内窥镜 (环扫)			1 根	
10	内镜超声系统			1 台	
小计:					
(四)、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院					
1	标准配置			1 套	
2	电子上消化道内窥镜 (激光)			2 根	
3	电子上消化道内窥镜 (激光治疗)			1 根	
4	电子上消化道内窥镜 (激光经鼻)			1 根	
5	电子下消化道内窥镜 (激光)			3 根	
6	水汽按钮			2 个	
7	吸引按钮			2 个	
小计:					
(五)、复旦大学附属金山医院					

1	标准配置			1 套	
2	电子上消化道内窥镜 (激光)			1 根	
3	电子上消化道内窥镜 (激光治疗)			1 根	
4	电子上消化道内窥镜 (激光经鼻)			1 根	
5	电子下消化道内窥镜 (激光)			1 根	
6	电子上消化道内窥镜			1 根	
7	电子下消化道内窥镜 (加长)			1 根	
小计:					
合计:					

六、主要技术规格要求：

1	电子图像处理器
1.1	整体设计理念：分体机长寿命设计；
1.2	色域：NTSC/PAL
1.3	数字 HDTV：DVI-D \geq 2 路（1920*1080p）；HD-SDI \geq 2 路（1920*1080i）
1.4	模拟/数字 HDTV：DVI-I \geq 1 路
1.5	模拟 SDTV：RGB TV：1，S VIDEO：1，VIDEO：1
1.6	屏幕分辨率：全高清
1.7	色彩调节：具备
1.8	对比度： \geq 三档可调
1.9	至少具备三种测光模式：平均测光：控制普通画面亮度；峰值测光：控制高亮区域亮度；自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光。
1.10	结构强调：具备
1.11	色彩强调：具备 ON/OFF 两档调节
1.12	图像放大：兼容内镜至少可电子放大 2 倍，小于等于 0.05 级逐级放大，至少 20 级
1.13	特殊光模式：至少具备三种特殊光模式

1.14	冻结模式：至少具备实时冻结，分为场冻结和帧冻结
1.15	其他功能：至少具备电子放大功能，画中画功能，双画面同屏显示功能
1.16	兼容内窥镜：可兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，电子双气囊小肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜
2	医用内窥镜用冷光源
2.1	照明光源：LED 或 $\geq 300W$ 氙气灯
2.2	灯泡使用寿命： ≥ 500 小时
2.3	光源冷却方式：强制空气冷却
2.4	特殊光观察模式：至少具备三种特殊光模式
2.5	送气泵：横隔膜式气泵
2.6	压力切换：大于等于四档可调，高/中/低/关
2.7	送水方式：可为拆卸水瓶加压, 实现送水
3	内窥镜用冷光源（激光）
3.1	激光光源 1：波长范围： $450 \pm 10nm$ ；激光输出功率 $\geq 1.5W$ （CW）
3.2	激光光源 2：波长范围： $410 \pm 10nm$ ；激光输出功率 $\geq 0.9W$ （CW）
3.3	光源控制：自动光源控制
3.4	光源冷却模式：具备
3.5	气泵压力：大于等于三档可调：高、中、低可调节
4	高清内镜专用监视器
4.1	医用液晶监视器，屏幕尺寸： ≥ 26 寸
4.2	监视器分辨率： $\geq 1080P$
5	单臂仪器车
5.1	专用仪器车容纳电子内镜系统常用设备
5.2	内镜支架：可升降支架，同时悬挂两条镜子
5.3	摇臂设计：可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向
6	电子上消化道内窥镜（激光放大）
6.1	视野角度： 0° （直视）
6.2	视野范围：正常 $\geq 140^\circ$ /放大 $\geq 56^\circ$

6.3	观察范围：放大：1.5mm-2.5mm/正常：3mm-100mm
6.4	先端部直径：≤9.9mm
6.5	弯曲部直径：≤9.8mm
6.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90° 左：≥100° /右：≥100°
6.7	钳道直径：≥2.8mm
6.8	工作长度：≥1100mm
6.9	全长：≥1400mm
6.10	前射水：有
7	电子下消化道内窥镜（激光放大）
7.1	视野角度：0°（直视）
7.2	视野范围：正常≥140° /接近≥56°
7.3	观察范围：放大 1.5mm-2.5mm/正常 3mm-100mm
7.4	先端部直径：≤11.7mm
7.5	弯曲部直径：≤11.8mm
7.6	弯曲角度：上：≥180° /下：≥180° 左：≥160° /右：≥160°
7.7	钳道直径：≥3.2mm
7.8	工作长度：≥1330mm
7.9	全长：≥1650mm
7.10	前射水：有
8	电子上消化道内窥镜（激光）（闵中心、岳阳、金山配置）
8.1	视野角度：0°（直视）
8.2	视野范围：≥140°
8.3	观察范围：2mm-100mm
8.4	先端部直径：≤9.2mm
8.5	弯曲部直径：≤9.3mm
8.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90° 左：≥100° /右：≥100°
8.7	钳道直径：≥2.8mm
8.8	工作长度：≥1100mm
8.9	全长：≥1400mm

8.10	前射水：有
9	电子上消化道内窥镜（激光治疗）（闵中心、岳阳、金山配置）
9.1	视野角度：0°（直视）
9.2	视野范围：≥140°
9.3	观察范围：3mm-100mm
9.4	先端部直径：≤9.8mm
9.5	弯曲部直径：≤9.8mm
9.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥120° 左：≥100° /右：≥100°
9.7	钳道直径：≥3.2mm
9.8	工作长度：≥1100mm
9.9	全长：≥1400mm
9.10	前射水：有
10	电子上消化道内窥镜（激光经鼻）（闵中心、岳阳、金山配置）
10.1	视野角度：0°（直视）
10.2	视野范围：≥140°
10.3	观察范围：3mm-100mm
10.4	先端部直径：≤5.8mm
10.5	弯曲部直径：≤5.9mm
10.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90° 左：≥100° /右：≥100°
10.7	钳道直径：≥2.4mm
10.8	工作长度：≥1100mm
10.9	全长：≥1400mm
11	电子下消化道内窥镜（激光）（闵中心、岳阳、金山配置）
11.1	视野角度：0°（直视）
11.2	视野范围：≥140°
11.3	观察范围：2mm-100mm
11.4	先端部直径：≤11.1mm
11.5	弯曲部直径：≤11.5mm
11.6	弯曲角度：上：≥180° /下：≥180° 左：≥160° /右：≥160°

11.7	钳道直径：≥3.2mm
11.8	工作长度：≥1330mm
11.9	全长：≥1650mm
11.10	前射水：有
12	电子小肠内窥镜（瑞金配置）
12.1	视野角度：0°（直视）
12.2	视野范围：≥140°
12.3	观察范围：2mm-100mm
12.4	先端部直径：≤9.4mm
12.5	弯曲部直径：≤9.3mm
12.6	弯曲角度：上：≥180° /下：≥180°；左：≥160° /右：≥160°
12.7	钳道直径：≥3.2mm
12.8	工作长度：≥2000mm
12.9	全长：≥2300mm
13	电子上消化道内窥镜（瑞金、金山配置）
13.1	视野角度：0°（直视）
13.2	视野范围：≥140°
13.3	观察景深：2mm-100mm
13.4	先端部直径：≤9.2mm
13.5	弯曲部直径：≤9.3mm
13.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90°；左：≥100° /右：≥100°
13.7	钳道直径：≥2.8mm
13.8	工作长度：≥1100mm
13.9	全长：≥1400mm
13.10	前射水：有
14	电子上消化道内窥镜（大钳道）（瑞金配置）
14.1	视野角度：0°（直视）
14.2	视野范围：≥140°
14.3	观察景深：2mm-100mm

14.4	先端部直径：≤10.5mm
14.5	弯曲部直径：≤10.8mm
14.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90° ；左：≥100° /右：≥100°
14.7	钳道直径：≥3.8mm
14.8	工作长度：≥1100mm
14.9	全长：≥1400mm
14.10	前射水：有
15	电子上消化道内窥镜（经鼻）（瑞金配置）
15.1	视野角度：0°（直视）
15.2	视野范围：≥140°
15.3	观察景深：3mm-100mm
15.4	先端部直径：≤5.8mm
15.5	弯曲部直径：≤5.9mm
15.6	弯曲角度：上：≥210° /下：≥90° ；左：≥100° /右：≥100°
15.7	钳道直径：≥2.4mm
15.8	工作长度：≥1100mm
15.9	全长：≥1400mm
15.10	前射水：有
16	电子下消化道内窥镜（加长）（瑞金、金山配置）
16.1	视野角度：0°（直视）
16.2	视野范围：≥170°
16.3	观察景深：2mm-100mm
16.4	先端部直径：≤12mm
16.5	弯曲部直径：≤12mm
16.6	弯曲角度：上：≥180° /下：≥180° ；左：≥160° /右：≥160°
16.7	钳道直径：≥3.8mm
16.8	工作长度：≥1520mm
16.9	全长：≥1840mm
16.10	前射水：有

17	超声处理器（瑞金配置）
17.1	视频输出端子至少包含：数字输出端子：DVI（数字）、HD-SDI \geq 2； 模拟信号端子：DVI（数字/模拟）、video、S video、RGB TV
17.2	扫描模式至少包含：B 模式、M 模式、组织谐波 THI（2 种）模式、复合谐波 CH 模式、造影谐波 CHI 模式、弹性成像 ELST 模式、声速补正模式、频谱多普勒：包括彩色多普勒 CD、能量多普勒 PD 模式、脉冲波多普勒 PW 模式
17.3	扫描方式：电子扫描
17.4	超声波中心频率：至少包含 5MHz~12MHz (5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz) 宽频扫描
17.5	多普勒发射频率： \geq 2 种
17.6	图像旋转：360° 旋转
17.7	图像移动：具备
17.8	穿刺引导性功能：两条引导线之间为安全穿刺区域。
17.9	显示深度：至少包含 15mm~200mm
17.10	增益：至少包含 0dB~100dB
17.11	测量功能：至少具备 B 模式测量、CFM 模式测量、PW 模式测量、M 模式测量
17.12	画中画功能：具备
17.13	焦点预设 \geq 2 个
18	超声电子上消化道内窥镜（瑞金配置）
18.1	观察方向：斜视 \geq 40°
18.2	视野角度： \geq 140°
18.3	观察景深：3mm~100mm
18.4	头端部外径： \leq 13.9mm
18.5	插入部最大外径： \leq 12.4mm
18.6	有效长度： \geq 1250mm
18.7	全长： \geq 1550mm
18.8	弯曲角度：上： \geq 150°、下： \geq 150°、左： \geq 120°、右： \geq 120°

18.9	钳道：≥3.8mm
18.10	扫描角度：≤150°
18.11	扫描模式：至少具备 B 模式、M 模式、THI 组织谐波、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、复合谐波 CH 模式、造影谐波 CHI 模式、弹性成像 ELST 模式、声速修正模式
18.12	穿刺引导功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线
19	超声电子十二指肠内窥镜（环扫）（瑞金配置）
19.1	观察方向：0°（直视）
19.2	视野角度：≥140°
19.3	观察景深：3mm~100mm
19.4	头端部外径：≤11.4mm
19.5	插入部最大外径：≤11.5mm
19.6	有效长度：≥1250mm
19.7	全长：≥1550mm
19.8	弯曲角度：上：≥190°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°
19.9	钳道：≥2.8mm
19.10	扫描角度：360°
19.11	扫描模式：至少具备 B 模式、M 模式、THI 组织谐波、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、复合谐波 CH 模式、造影谐波 CHI 模式、弹性成像 ELST 模式、声速修正模式
20	内镜超声系统（瑞金配置）
20.1	超声扫描模式：B 模式
20.2	扫描图像功能：具有连续扫描图像功能
20.3	扫描方式：360 度机械环扫
20.4	频率范围至少包含：12MHz~20MHz
20.5	扫描范围至少包含：10mm、15mm、20mm、30mm、45mm、60mm
20.6	显示图像：至少具备图像镜像功能、图像中心移动功能、图像旋转功能
20.7	测量：距离测量：至少可测量 4 处 2 点间的距离；面积测量：至少可

	测两处面积；周长测量：至少可测两处周长
20.8	图像调节：具备增益调整
20.9	具备画中画功能，可在超声图像上以显示超声图像，可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换
20.10	具备图像实时回放功能，具备图像存储功能，具备 USB 接口可将图像传出
20.11	具备患者信息保护功能，用户信息保护功能
20.12	脚踏：可通过连接脚踏开关同步截图、开启/冻结超声、存储图像
20.13	键盘：内置轨迹球
20.14	探头兼容性：可兼容至少 12MHz、15MHz、20MHz 频率的 4 种以上型号微探头
20.15	内镜超声系统可独立使用，兼容科室内不同品牌的内窥镜使用
21	水汽按钮（肿瘤、岳阳配置）
21.1	外露式弹簧设计，回弹顺畅
21.2	密封圈可更换
22	吸引按钮（肿瘤、岳阳配置）
22.1	外露式弹簧设计，回弹顺畅
22.2	密封圈可更换
23	水瓶（肿瘤配置）
23.1	为水汽喷嘴供水，冲洗物镜
23.2	可挂载于主机侧面

七、配置要求：

（一）上海市闵行区中心医院配置要求

序号	设备名称	数量
1	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统标准配置	1 套
1.1	电子图像处理器	1 台
1.2	医用内窥镜用冷光源	1 台

1.3	内窥镜用冷光源（激光）	1 台
1.4	高清内镜专用监视器	1 台
1.5	单臂仪器车	1 台
1.6	电子上消化道内窥镜（激光放大）	1 根
1.7	电子下消化道内窥镜（激光放大）	1 根
2	电子上消化道内窥镜（激光）	1 根
3	电子上消化道内窥镜（激光治疗）	1 根
4	电子上消化道内窥镜（激光经鼻）	1 根
5	电子下消化道内窥镜（激光）	1 根

（二）复旦大学附属肿瘤医院配置要求

序号	设备名称	数量
1	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统标准配置	1 套
1.1	电子图像处理器	1 台
1.2	医用内窥镜用冷光源	1 台
1.3	内窥镜用冷光源（激光）	1 台
1.4	高清内镜专用监视器	1 台
1.5	单臂仪器车	1 台
1.6	电子上消化道内窥镜（激光放大）	1 根
1.7	电子下消化道内窥镜（激光放大）	1 根
2	水汽按钮	8 个
3	吸引按钮	8 个
4	水瓶	2 个

（三）上海交通大学医学院附属瑞金医院配置要求

序号	设备名称	数量
----	------	----

1	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统标准配置	1 套
1.1	电子图像处理器	1 台
1.2	医用内窥镜用冷光源	1 台
1.3	内窥镜用冷光源（激光）	1 台
1.4	高清内镜专用监视器	1 台
1.5	单臂仪器车	1 台
1.6	电子上消化道内窥镜（激光放大）	1 根
1.7	电子下消化道内窥镜（激光放大）	1 根
2	电子小肠内窥镜	1 根
3	电子上消化道内窥镜	1 根
4	电子上消化道内窥镜（大钳道）	1 根
5	电子上消化道内窥镜（经鼻）	1 根
6	电子下消化道内窥镜（加长）	1 根
7	超声处理器	1 台
8	超声电子上消化道内窥镜	1 根
9	超声电子上消化道内窥镜（环扫）	1 根
10	内镜超声系统	1 台

（四）上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院配置要求

序号	设备名称	数量
1	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统标准配置	1 套
1.1	电子图像处理器	1 台
1.2	医用内窥镜用冷光源	1 台
1.3	内窥镜用冷光源（激光）	1 台
1.4	高清内镜专用监视器	1 台
1.5	单臂仪器车	1 台
1.6	电子上消化道内窥镜（激光放大）	1 根

1.7	电子下消化道内窥镜（激光放大）	1 根
2	电子上消化道内窥镜（激光）	2 根
3	电子上消化道内窥镜（激光治疗）	1 根
4	电子上消化道内窥镜（激光经鼻）	1 根
5	电子下消化道内窥镜（激光）	3 根
6	水汽按钮	2 个
7	吸引按钮	2 个

（五）复旦大学附属金山医院配置要求

序号	设备名称	数量
1	全数字激光精准高清内窥镜诊疗系统标准配置	1 套
1.1	电子图像处理器	1 台
1.2	医用内窥镜用冷光源	1 台
1.3	内窥镜用冷光源（激光）	1 台
1.4	高清内镜专用监视器	1 台
1.5	单臂仪器车	1 台
1.6	电子上消化道内窥镜（激光放大）	1 根
1.7	电子下消化道内窥镜（激光放大）	1 根
2	电子上消化道内窥镜（激光）	1 根
3	电子上消化道内窥镜（激光治疗）	1 根
4	电子上消化道内窥镜（激光经鼻）	1 根
5	电子下消化道内窥镜（激光）	1 根
6	电子上消化道内窥镜	1 根
7	电子下消化道内窥镜（加长）	1 根

八、技术服务及质量保证：

1	投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收
---	--------------------------------

	手册（由此产生的费用由投标人承担）
★2	主机、光源原厂保修≥36个月（易耗品除外），内镜原厂保修≥12个月，质保范围包括仪器整机（需出具由厂家提供的售后服务承诺）。保修期自验收签字之日起计算。
★3	保修期满后，招标人有权与原厂或原厂授权第三方另行签订保修协议，但投标人承诺保修期满后，年度保修合同（全保）价不高于合同器械总价的7%。
4	供应商应保证设备维修所需的所有零配件供应期限≥10年。
5	维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。供应商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
6	在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担；保质期期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收取零件费用，零件费用按市场价的75%收取。
7	技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等技术培训。提供操作手册
8	质量保证：投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求

附件1：无重大违法记录承诺书（格式）

上海东松医疗科技股份有限公司：

我司参加贵公司组织的__（项目名称）__项目的投标。在此郑重声明：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

投标人代表签字：_____

日期：_____

投标人名称：_____

公章：_____

附件 2：无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海东松医疗科技股份有限公司：

我司参加贵公司组织的_____（项目名称）_____项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：_____

日期：_____

投标人名称：_____

公章：_____

附件 3：关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的承诺书（格式）

上海东松医疗科技股份有限公司：

我司参加贵公司组织的（项目名称）项目的投标。在此承诺：

若我司投标产品为原产于特定国家（地区）特定进口商品，并在货物进口时被中国海关实施加征关税，加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费由我司承担。

若我司有幸中标，我司承诺于中标产品进口申报之日起十个工作日内将加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费另行支付给招标人，否则我司同意招标人在支付合同验收尾款时直接予以扣减。

特此承诺。

投标人代表签字：_____

日期：_____

投标人名称：_____

公章：_____

附件 4：质保期外备件和专用工具报价表（格式）

序号	名称	规格型号	制造商	原产地	价格条件	单价	备注

注：

1. 本表内所报价格不计入投标总价。
2. 本表所报价格为投标货物质保期外正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
3. 若投标货物无需相关备件及专用工具，本表请填写无。

投标人代表签字： _____

日期： _____

投标人名称： _____

公章： _____

附件 5：投标人关联关系情况声明函（格式）

致：上海东松医疗科技股份有限公司

本公司为参加（项目名称）国际招标采购项目的投标人，本公司在此郑重声明：

- 1、未与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；
- 2、未接受委托参与本项目前期咨询和招标文件编制；

3、根据《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》的规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	填写单位全称	
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：_____

日期：_____

投标人名称：_____

公章：_____