

附件：

上海东松医疗科技股份有限公司受上海市血液中心的委托，就可移动献血屋及配套设备进行国内公开招标采购（项目编号：310000000241218156295-00192487(招标代理机构内部编号:0811-DSITC252765)）。现就本采购项目作如下更正说明：

序号	原招标文件要求	现更正为
第四章	招标需求	
二、	技术要求及平面布置图要求	
1.2.1	献血屋主体结构规格要求：长度在12m-14m区间内、宽度在3.3m-3.5m区间内、高度在3.8m-4.0m区间内；房屋内高度不低于2.6m。	献血屋主体结构规格要求：长度在6.5-7.5m区间内、宽度在5.5-6.5m区间内、高度在3.8m-4.0m区间内；房屋内高度不低于2.6m。
1.2.2	整体结构为钢结构，无拼接	整体结构为钢结构
1.11	给排水系统	删除本条款（其余序号按次序调整）
1.11.1	采用冷热水龙头。至少配置不锈钢挂件，进水管采用PPR管材，排水管道采用PVC管材，满足使用需求；	删除本条款（其余序号按次序调整）

本项目原提交投标文件截止时间暨开标时间为：2025年10月20日北京时间11:00；
现延期至：2025年10月27日北京时间09:30

其他内容不变。

特此说明。

上海东松医疗科技股份有限公司

2025年10月10日