

公卫中心开办费设备4采购需求（第2包）			
设备名称：灭菌盒			
预算总价：120万元			
预算单价：4580元/台 采购数量：262台			
所属医疗设备类别： √非医疗器械			
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购			
是否可以采购进口产品：√否			
（设备名称）需求内容及描述		评分分值	是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标			
1.1★	密封性能好，可提供≥180天的无菌屏障功能存储有效期（须提供疾控中心或第三方检测机构出具的检测报告）		是
二、主要技术参数			
2.1	原材料为厚度≥1.6mm的优质铝合金，一次性冲压成型，盒盖及盒身均进行阳极氧化涂层加工，具有良好的热传导性、抗氧化性、防腐蚀性，冷却速度快，重量轻、可堆叠、牢固耐用的特点(板材厚度1.6~1.8得2分，1.8~2.0得3分，2.0以上得5分)。	5	是
2.2	配件：根据科室要求配备网篮支架、硅胶垫、密封锁扣及铝制灭菌盒标识牌，并按使用人要求打印标识牌	3	是
2.3	灭菌后，在正常储存环境下可存放 ≥6 个月，需出具专业机构（疾控中心或第三方检测机构）的灭菌检测报告。	4	是
2.4	灭菌盒可配备同品牌高温热敏锁，确保无菌安全	3	是
2.5	配备可重复使用≥1000次滤纸（1000~1999次得1.5分，≥2000次得3分）。	3	是
2.6	盒盖两侧有符合人体工程学的不锈钢把手，采用独特的硅胶手柄设计，适合进行安全、便捷的运输。	2	是
2.7	全铝型盒盖，盒盖有至少5种颜色可选，便于分类科室管理（颜色≤5种得1分，颜色6~7种得2分，颜色≥8种得3分）。	3	是
主要技术参数小计分值		23	
三、一般技术参数			
3.1	1/1灭菌盒整体尺寸要求：长度≥600mm，宽度≥270mm，高度≥135mm,	1	是
3.2	3/4灭菌盒整体尺寸要求：长度≥475mm，宽度≥270mm，高度≥135mm,	1	是
3.3	1/2灭菌盒整体尺寸要求：长度≥310mm，宽度≥270mm，高度≥135mm。	1	是
3.4	盒盖双侧有弹簧锁扣，可旋转至≥ 90°	1	是
3.5★	灭菌盒可用于高温高压蒸汽灭菌。（须提供疾控中心或第三方检测机构出具的检测报告）		是
3.6	灭菌盒设计可兼容使用一次性指示卡和塑料密封圈	1	是
3.7	所有盒盖、盒体、载物篮及其所有配件均为同一品牌产品。	1	是
3.8	可配硅胶防滑垫，菱形网状设计，器械与垫子接触最少，确保更好的干燥效果。配备硅胶器械固定支架，在搬运中防止滑动以保护器械	1	是
3.9★	灭菌盒可提供至少3种以上高度，满足临床不同需求。（须提供承诺函，格式自拟）		
一般技术参数小计分值		7	
技术参数总计分值		30	
四、伴随服务要求			
4.1	产品配置要求	1/1灭菌盒92个；3/4灭菌盒64个；1/2灭菌盒106个（核心产品）	
4.2	随机工具、产品的升级要求	无	
4.3	安装	√不需要	
4.4	调试	无	
4.5	提供技术援助	提供电话技术援助	
4.6	培训	产品使用培训的要求：提供临床操作及使用人员培训。提供免费技术咨询服务	
4.7	验收方案	无	
五、售后服务要求			

5.1	售后服务 响应时间	报修响应时间2小时、到场时间4小时
5.2	服务内容 与计划	提供详细配置清单，具有固定的售后服务机构
5.3	维保内容 与价格	保修期不少于5年，质保期内提供每年至少1次维护保养。
5.4	备品备件 供货与价 格	提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等