

## **1、实验室台面板的1.3改为：（甲醇改为甲醛）**

1.3▲依据GB 24820-2024、GB/T 21747-2008：化学实验台面抗化学试剂测试，至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，氢氟酸48%，甲醛37%，苯酚，四氯化碳等化学物，光泽和颜色变化均符合要求。

## **2、实验室等级钢制家具钢材的1.1改为：**

1.1▲符合GB/T 10125-2021要求，进行不少于168h中性盐雾测试且达到10级。

## **3、饰面多层板改为：**

▲符合GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 39600-2021标准，其中含水率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂和品质属性全部符合，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。

## **4、采购需求内“八、服务要求”添加：**

“优先考虑提供有效质量管理体系认证（GB/T19001-2016或ISO 9001:2015认证）、环境管理体系（GB/T 24001-2016或ISO14001:2015认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001-2020或ISO45001:2018认证）、售后服务认证证书（GB/T 27922-2011认证）、能源管理体系认证(GB/T 23331-2020或ISO 50001:2018认证)、绿色供应链认证证书（GB/T 33635-2017认证）的投标人或投标产品生产厂家”

## **5、评分细则中第16项“近三年以来类似项目业绩”要求有补充；**

评分办法中“类似项目业绩”中发票的要求细化为：至少提供一张对应合同内容的相关发票（含各阶段付款发票）。

该项评分办法完整表述为：“投标人或投标产品生产厂商的近三年实验室类家具类采购项目类似业绩。投标人须提供类似项目的合同扫描件和发票，合同扫

描述件中须体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。至少提供一张对应合同内容的相关发票（含各阶段付款发票）。投标人最多提供5个项目业绩，如超过5个仅取《近三年以来类似项目一览表》排序前5的项目业绩进行评审。每增加一个有效业绩加1分，本小项最高得5分。没有有效的类似项目业绩的得0分。”

**6、投标样品要求中的尺寸均允许在合理范围内存在偏差。**

**7、若招标文件中存在要求标准与现行标准冲突的情况，均以现行的最新标准为准。**