



- 安装要求:
- 1、该设备为固定铝合金设备带,如图中设备带固定墙面为实心砖头墙。
  - 2、设备带需采用质量合格的产品,气体终端安装位置为中心距地1400mm。
  - 3、院方在设备带中心距地1400mm处预留电源进线头:规格220V,三根阻燃4.0mm<sup>2</sup>电源线。
  - 4、气体管道沿墙脚明装完成后安装铝合金罩,保持美观。
  - 5、设备带大样图长度为示意,具体长度详见平面图纸。
  - 6、强电、弱电电线应在强、弱电专用腔体内,如电线与插座连接点必须穿越气体腔时,应做绝缘防护处理。